⚠ Le portage d'une BMR /BHRe n'est pas une contre-indication à la rééducation et ne modifie en rien la procédure de bionettoyage ! ⚠

Respect des précautions standard

Bionettoyage d'un plateau technique de rééducation fonctionnelle

01. Produits

Utiliser un produit détergent/désinfectant de surface prêt à l'emploi répondant aux normes de bactéricidie (NF EN 13727) levuricidie (NF EN 13624) et de virucidie (NF EN 14476) en privilégiant un délai d'action compatible avec l'activité du service.

En cas d'utilisation de lingettes, s'assurer qu'elles répondent à la norme NF EN 16615.
Ne jamais mélanger les produits d'entretien entre eux.
Respecter les dilutions et les temps de contact (séchage spontané du produit).

02. Utilisation

Privilégier un produit prêt à l'emploi à vaporiser sur une chiffonnette à usage unique et non directement sur les surfaces.
En cas d'utilisation de chiffonnettes réutilisables, prévoir une procédure de lavage avec la blanchisserie.
En cas d'utilisation de flacon réutilisable, s'assurer que le nom de la solution et la date de reconstitution du produit soient mentionnés et vider le flacon en fin de journée.
En cas d'utilisation de lingettes pré imprégnées, vérifier que la lingette est humide et s'assurer de la fermeture du contenant après utilisation.

03. Protection

Le port de gants à usage unique est recommandé en lien avec la toxicité des produits.

Une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique doit être réalisée avant et après le port de gants.

04. Matériels

Type de matériels concernés :
Table de massage, petits matériels (ballons, balles, haltères, poids lestés...), tapis de sol, coussins, petits matériels électroniques (électrothérapie, saturomètres ...).
Prévoir autant que possible des surfaces et matériels facilement nettoyables.
Vérifier l'intégrité du matériel et le remplacer s'il est défectueux.

Concernant les sols et les socles du gros matériel (tables, rameurs, vélos...), l'entretien est le plus souvent assuré par un agent hospitalier. Ce bionettoyage doit être supervisé par l'équipe des rééducateurs.

05. Périodicité d'entretien

Après chaque patient :
Le matériel et les surfaces hautes (table de massage...) utilisés par le patient doivent être nettoyés et désinfectés.
Il est possible de faire participer le patient à la désinfection de son matériel avant et après chaque utilisation, en fonction de ses capacités.

Au quotidien, en fin de programme :
Nettoyer et désinfecter le matériel et les surfaces hautes.
Ranger le matériel d'entretien après chaque utilisation : prévoir un local de rangement, petit chariot de bionettoyage (si possible).

CPias Île-de-France
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins
CPias Normandie
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

- Mai 2025 -